

# Alinity h-series Control 29P

**CONTROL L N H**
 Exp. 2022-05-06

REF 04U7206

REF 04U7212

<b>SYSTEM</b> Alinity hq	<b>CONTROL L</b>		<b>CONTROL N</b>		<b>CONTROL H</b>	
	<b>LOT</b>	L20529	<b>LOT</b>	N20529	<b>LOT</b>	H20529
<b>PARAMETER</b>	<b>TARGET</b>	$\pm$ <b>RANGE</b> **	<b>TARGET</b>	$\pm$ <b>RANGE</b> **	<b>TARGET</b>	$\pm$ <b>RANGE</b> **
WBC 10 <sup>9</sup> /L	3.22	0.56	7.19	1.26	16.4	3.1
NEU 10 <sup>9</sup> /L	1.43	0.27	3.43	0.64	8.41	1.60
%N	44.5	6.0	47.7	5.0	51.3	6.0
LYM 10 <sup>9</sup> /L	0.98	0.20	1.90	0.50	3.50	1.00
%L	30.5	8.0	26.4	6.0	21.3	5.0
MONO 10 <sup>9</sup> /L	0.34	0.20	0.75	0.40	1.87	0.60
%M	10.5	6.0	10.4	5.0	11.4	3.0
EOS 10 <sup>9</sup> /L	0.10	0.10	0.18	0.17	0.44	0.19
%E	3.00	3.00	2.50	2.00	2.69	1.00
BASO 10 <sup>9</sup> /L	0.10	0.10	0.25	0.25	0.50	0.50
%B	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
RBC 10 <sup>12</sup> /L	2.99	0.25	4.26	0.39	5.36	0.83
HGB g/dL	7.66	0.30	11.7	0.5	16.7	0.8
HCT %	25.0	3.4	37.5	5.4	51.4	11.8
MCV fL	83.7	7.0	88.1	7.5	96.0	9.2
MCH pg	25.6	2.6	27.5	2.6	31.2	4.9
MCHC g/dL	30.6	4.9	31.2	5.0	32.5	7.8
RDW %	16.8	2.5	17.3	2.5	15.8	2.5
NRBC 10 <sup>9</sup> /L*	0.01	0.01	0.01	0.01	2.23	0.60
NR/W*	0.20	0.20	0.08	0.08	13.6	2.5
PLT 10 <sup>9</sup> /L	72.4	20.0	221	50	487	62
MPV fL	6.80	2.00	6.86	2.00	6.84	2.00
RETIC 10 <sup>9</sup> /L	254	50	178	50	154	50
%R	8.50	1.50	4.17	1.00	2.87	0.80
IRF	0.69	0.18	0.55	0.14	0.34	0.10
IG 10 <sup>9</sup> /L	0.35	0.11	0.86	0.22	2.03	0.43
%IG	10.8	3.4	12.0	3.0	12.4	2.2
%rP	9.71	2.00	8.73	1.70	8.98	1.60
MChr pg	25.5	2.7	28.5	3.3	34.9	4.2

**en** 7 Consecutive Day Open-Vial Stability \* NOTE: The NRBC concentration for Levels L and N is below the detectable level of the instrument and as such serves as the NRBC negative control. The Level H is the NRBC positive control. \*\* The range does not represent standard deviations (SD).  
**de** Haltbarkeit des geöffneten Röhrchens (7 aufeinanderfolgende Tage) \* HINWEIS: Die NRBC-Konzentration für Level L und N liegt unter der Detektionsgrenze des Systems und dient daher als NRBC negativer Kontrolle. Level H ist die NRBC positive Kontrolle. \*\* Der Bereich stellt keine Standardabweichung (s) dar.  
**fr** Stabilité du tube ouvert pendant 7 jours consécutifs \* REMARQUE : La concentration en NRBC pour les niveaux L et N est inférieure au niveau décelable par l'analyseur et sert de contrôle NRBC négatif. Le niveau H est le contrôle NRBC positif. \*\* Les limites ne représentent pas les écarts-type (E.T.).  
**es** Estabilidad del vial abierto: 7 días consecutivos \* NOTA: la concentración de los eritrocitos nucleados (NRBC) para los niveles L y N queda por debajo del nivel detectable del instrumento y sirve como control negativo para NRBC. El nivel H es el control positivo para NRBC. \*\* El intervalo de valores no representa las desviaciones estándar (D.E.).  
**it** Stabilità della provetta aperta di 7 giorni consecutivi \* NOTA: la concentrazione NRBC per i livelli L e N è al di sotto del livello di rilevazione dello strumento e come tale rappresenta il controllo negativo NRBC. Il livello H è il controllo positivo NRBC. \*\* Il range non rappresenta deviazioni standard (DS).

<b>pt</b>	7 dias consecutivos de estabilidade em tubo aberto * NOTA: A concentração de NRBC para os níveis L e N é inferior ao nível detetável do equipamento e como tal serve como controlo negativo NRBC. O nível H é o controlo positivo NRBC. ** O intervalo não representa desvios padrão (DP).
<b>da</b>	7 sammenhængende dages holdbarhed efter åbning * BEMÆRK: NRBC-koncentrationen for Level L og N ligger under det påviselige niveau for instrumentet og fungerer som sådan som den negative NRBC-kontrol. Level H er den positive NRBC-kontrol. ** Området repræsenterer ikke standardafvigelser (SD).
<b>cs</b>	Stabilita obsahu otevřené lahvičky je 7 po sobě jdoucích dní * POZNÁMKA: Koncentrace NRBC pro hladiny L a N je nižší než detekovatelná hladina přístroje a slouží jako negativní kontrola NRBC. Hladina H je pozitivní kontrola NRBC. ** Rozmezí nereprezentuje směrodatné odchylky (SD).
<b>sv</b>	Stabilitet för öppnat flaska: 7 dagar i följd * OBSERVERA: NRBC-koncentrationen för nivå L och nivå N ligger under instrumentets detekterbara nivå och fungerar därför som den NRBC-negativa kontrollen. Nivå H är den NRBC-positiva kontrollen. ** Intervallet representerar inte standardavvikelse (SD).
<b>el</b>	Σταθερότητα ανοικτού φιαλιδίου: 7 συνεχείς ημέρες * ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συγκέντρωση NRBC για τα επίπεδα L και N είναι κάτω από από την ανιχνεύσιμη στάθμη του αναλυτή και επομένως χρησιμοποιείται ως αρνητικό πρότυπο ελέγχου NRBC. Το επίπεδο H είναι το θετικό πρότυπο ελέγχου NRBC. ** Το εύρος τιμών δεν αντιπροσωπεύει τυπικές αποκλίσεις (SD).
<b>pl</b>	Stabilność odczynnika w ciągu 7 kolejnych dni po otwarciu * UWAGA: Stężenie NRBC dla poziomu L oraz N jest poniżej poziomu wykrywalnego przez analizator, w związku z czym służy jako kontrola ujemna NRBC. Poziom H stanowi kontrolę dodatkową NRBC. ** Zakres nie odzwierciedla odchyłeń standardowych (SD).
<b>hu</b>	Stabilitás felbontás után: 7 egymást követő nap * MEGJEGYZÉS: Az L és N szint esetében az NRBC-koncentráció a készülék által kimutatható szint alatt van, ezért ez szolgál NRBC negatív kontrollként. A H szint szolgál NRBC pozitív kontrollként. ** A tartomány nem tükrözi a szórást (SD).
<b>tr</b>	Flakon açıldıktan sonra 7 gün boyunca stabildir * NOT: L ve N düzeylerinin NRBC konsantrasyonu cihazın tespit edebilecegi seviyenin altındadır ve böylece NRBC negatif kontrolü olarak kullanılır. H düzeyi NRBC pozitif kontrolü olarak kullanılır. ** Aralık standart sapmaları temsil etmez (SD).
<b>no</b>	7 sammenhengende dagers holdbarhet etter åpning * MERK: NRBC-konsentrasjonen for nivå L og N er under nivået som kan påvises av instrumentet, og fungerer derfor som den NRBC-negative kontrollen. Nivå H er den NRBC-positive kontrollen. ** Området representerer ikke standardavvik (SD).
<b>sk</b>	Stabilita otvorennej fláštičky je 7 po sebe idúcich dní * POZNÁMKA: Koncentrácia NRBC pre hladiny L a N je nižšia ako detegovateľná hladina prístroja a slúži ako negatívna kontrola NRBC. Hladina H je pozitívna kontrola NRBC. ** Rozmedzie nereprezentuje smerodajné odchýlky (SD).
<b>hr</b>	Stabilnost epruvete je 7 uzastopnih dana nakon otvaranja * NAPOMENA: Koncentracija NRBC za razine L i N je ispod granice detekcije analizatora i služi kao NRBC negativna kontrola. Razina H je NRBC pozitivna kontrola. ** Raspon ne predstavlja standardne devijacije (SD).
<b>ru</b>	Срок стабильности во вскрытом флааконе составляет 7 последовательных дней * ПРИМЕЧАНИЕ: Значение концентрации NRBC для уровней L и N находится ниже уровня определения анализатора и поэтому используется в качестве отрицательного контроля NRBC. Уровень H является положительным контролем NRBC. ** Данный диапазон не отображает стандартное отклонение (СКО).
<b>sr</b>	Rok stabilnosti otvorene boćice je 7 uzastopnih dana * NAPOMENA: Koncentracija NRBC za nivoe L i N je ispod detekcionog limita analizatora i služi kao NRBC negativna kontrola. Nivo H je NRBC pozitivna kontrola. ** Opseg ne predstavlja standardne devijacije (SD).
<b>ja</b>	開封後の安定性期限は連続7日間である。* 注：レベルLとNのNRBCの濃度は、機器の検出下限を下回る値であるため、NRBC陰性コントロールとして使用する。レベルHは、NRBC陽性コントロールである。** 範囲は、標準偏差(SD)を示すものではない。
<b>th</b>	ความคงสภาพเมื่อเปิดฝาหลอดเป็นเวลา 7 วันติดต่อกัน * หมายเหตุ: ปริมาณความเข้มข้นของ NRBC สำหรับระดับ L และ N อยู่ต่ำกว่าระดับที่ตรวจได้ของเครื่อง ดังนั้น จึงใช้เป็น NRBC negative control และระดับ H ดีด NRBC positive control ** ช่วงค่าไม่ได้หมายถึงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
<b>vi</b>	Lộ đồ mở nắp có độ ổn định trong 7 ngày liên tục * GHI CHÚ: Nồng độ NRBC cho mức nồng độ L và N thấp hơn mức nồng độ có thể phát hiện của thiết bị, và sử dụng cho mẫu chứng âm NRBC. Mức H là mẫu chứng dương NRBC. ** Khoảng giá trị không đại diện cho độ lệch tiêu chuẩn (SD).
<b>ro</b>	Stabilitatea flaconului deschis este de 7 zile consecutive * NOTĂ: Concentrația NRBC pentru nivelele L și N este sub nivelul de detectie al instrumentului, prin urmare, servește drept control NRBC negativ. Nivelul H este controlul NRBC pozitiv. ** Intervalul nu reprezintă abaterea standard (SD).

Alinity is a trademark of Abbott Laboratories  
in various jurisdictions

 Abbott GmbH & Co. KG  
Max-Planck-Ring 2  
65205 Wiesbaden  
Germany  
+49-6122-580

Revised January 2020.  
©2017, 2020 Abbott Laboratories



**MANUFACTURED FOR**

Abbott Laboratories

**REF** 04U7206 04U7212



80000317-104 350706-3

January 2020