Alinity h-series Control 29P

REF 04U7206
REF 04U7212

CONTROL L N H

Exp. 2026-11-13

SYSTEM Alinity hq ≥ v5.0	CONTROL L		CONTROL N		CONTROL H	
	LOT L62439		LOT N62439		LOT H62439	
PARAMETER	TARGET	± RANGE**	TARGET	± RANGE**	TARGET	± RANGE**
WBC 10^9/L	3.07	0.96	7.20	1.04	16.2	2.0
NEU 10^9/L	1.34	0.60	3.46	0.85	8.55	1.80
%N	43.8	6.2	48.1	5.3	52.8	5.0
LYM 10^9/L	0.91	0.47	1.80	0.53	3.21	0.80
%L	29.8	4.8	25.0	3.6	19.8	2.2
MONO 10^9/L	0.38	0.25	0.81	0.40	1.77	0.70
%M	12.4	4.0	11.3	4.1	10.9	2.8
EOS 10^9/L	0.10	0.10	0.16	0.15	0.36	0.18
%E	3.00	3.00	2.18	1.16	2.20	0.71
BASO 10^9/L	0.10	0.10	0.25	0.25	0.50	0.50
%B	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
RBC 10^{12}/L	2.80	0.34	4.13	0.43	5.05	0.70
HGB g/dL	7.52	0.54	11.7	0.6	15.7	0.7
HCT %	24.6	3.4	37.8	5.1	48.7	8.7
MCV fL	87.8	5.6	91.5	6.2	96.5	6.6
MCH pg	26.9	4.1	28.3	3.4	31.1	4.8
MCHC g/dL	30.6	7.2	31.0	6.4	32.2	7.9
RDW %	13.1	2.5	13.4	2.5	12.1	2.5
NRBC 10^9/L*	0.01	0.01	0.01	0.01	2.25	0.50
NR/W*	0.20	0.20	0.08	0.08	13.9	1.8
PLT 10^9/L	68.1	30.0	213	24	461	66
MPV fL	8.92	2.00	8.94	2.00	8.99	2.00
RETIC 10^9/L	223	50	145	45	112	58
%R	7.97	1.50	3.51	1.00	2.21	0.80
IRF	0.22	0.18	0.20	0.14	0.21	0.10
IG 10^9/L	0.33	0.23	0.91	0.35	2.20	0.91
%IG	10.8	4.1	12.6	3.3	13.6	4.1
%rP	10.5	2.2	8.98	0.90	9.03	0.60
MCHr pg	20.6	2.7	26.1	3.3	33.2	4.2

en
7 Consecutive Day Open-Vial Stability
* NOTE: The NRBC concentration for Levels L and N is below the detectable level of the instrument and as such serves as the NRBC negative control. The Level H is the NRBC positive control.
** The range does not represent standard deviations (SD).

de
Haltbarkeit des geöffneten Röhrchens: 7 aufeinanderfolgende Tage
* HINWEIS: Die NRBC-Konzentration für Level L und N liegt unter der Detektionsgrenze des Systems und dient daher als NRBC negative Kontrolle. Level H ist die NRBC positive Kontrolle.
** Der Bereich stellt keine Standardabweichung (s) dar.

fr
Stabilité du tube ouvert pendant 7 jours consécutifs
* REMARQUE : la concentration en NRBC pour les niveaux L et N est inférieure au niveau décelable par l'analyseur et sert de contrôle NRBC négatif. Le niveau H est le contrôle NRBC positif.
** Les limites ne représentent pas les écarts-types (E.T.).

es
Estabilidad del vial abierto: 7 días consecutivos
* NOTA: la concentración de los eritrocitos nucleados (NRBC) para los niveles L y N queda por debajo del nivel detectable del instrumento y sirve como control negativo para NRBC. El nivel H es el control positivo para NRBC.
** El intervalo de valores no representa las desviaciones estándar (D.E.).

it
Stabilità a provetta aperta: 7 giorni consecutivi
* NOTA: la concentrazione NRBC per i livelli L e N è al di sotto del livello di rilevazione dello strumento e come tale rappresenta il controllo negativo NRBC. Il livello H è il controllo positivo NRBC.
** Il range non rappresenta deviazioni standard (DS).

pt
7 dias consecutivos de estabilidade em frasco aberto
* NOTA: A concentração de NRBC para os níveis L e N é inferior ao nível detetável do equipamento e como tal serve como controlo negativo NRBC. O nível H é o controlo positivo NRBC.
** O intervalo não representa desvios padrão (DP).

da
7 sammenhængende dages holdbarhed efter åbning
* BEMÆRK: NRBC-koncentrationen for Level L og N ligger under det påviselige niveau for instrumentet og fungerer som sådan som den negative NRBC-kontrol. Level H er den positive NRBC-kontrol.
** Området repræsenterer ikke standardafvigelser (SD).

cs
Stabilita obsahu otevřené lahvičky je 7 po sobě jdoucích dní
* POZNÁMKA: Koncentrace NRBC pro hladiny L a N je nižší než detekovatelná hladina přístroje a slouží jako negativní kontrola NRBC. Hladina H je pozitivní kontrola NRBC.
** Toto rozmezí nereprezentuje směrodatné odchylky (SD).

sv
Stabilitet för öppnad flaska: 7 dagar i följd
* OBSERVERA: NRBC-koncentrationen för nivå L och nivå N ligger under instrumentets detekterbara nivå och fungerar därför som den NRBC-negativa kontrollen. Nivå H är den NRBC-positiva kontrollen.
** Intervallet representerar inte standardavvikelser (SD).

el
Σταθερότητα ανοικτού φιαλιδίου: 7 συνεχείς ημέρες
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συγκέντρωση NRBC για τα επίπεδα L και N είναι κάτω από την ανιχνεύσιμη στάθμη του αναλυτή και επομένως χρησιμοποιείται ως αρνητικό πρότυπο ελέγχου NRBC. Το επίπεδο H είναι το θετικό πρότυπο ελέγχου NRBC.
** Το εύρος τιμών δεν αντιπροσωπεύει τυπικές αποκλίσεις (SD).

pl
Stabilność odczynnika w ciągu 7 kolejnych dni po otwarciu fiolki
* UWAGA: Stężenie NRBC dla poziomu L oraz N jest poniżej poziomu wykrywalnego przez analizator, w związku z czym służy jako kontrola ujemna NRBC. Poziom H stanowi kontrolę dodatnią NRBC.
** Zakres nie odzwierciedla odchyleń standardowych (SD).

hu
Stabilitás felbontás után: 7 egymást követő nap
* MEGJEGYZÉS: Az L és N szint esetében az NRBC-koncentráció a készülék által kimutatható szint alatt van, ezért ez szolgál NRBC negatív kontrollként. A H szint szolgál NRBC potitív kontrollként.
** A tartomány nem tükrözi a szórást (SD).

tr
Flakon açıldıktan sonra 7 gün boyunca stabildir
* NOT: L ve N Düzeylerinin NRBC konsantrasyonu cihazın tespit edebileceği seviyenin altındadır ve böylece NRBC negatif kontrolü olarak kullanılır. H Düzeyi NRBC pozitif kontrolü olarak kullanılır.
** Aralık, standart sapmaları (SD) temsil etmez.

ru
Срок стабильности во вскрытом флаконе составляет 7 последовательных дней
* ПРИМЕЧАНИЕ: Значение концентрации NRBC для уровней L и N находится ниже уровня определения анализатора и поэтому используется в качестве отрицательного контроля NRBC. Уровень H является положительным контролем NRBC.
** Данный диапазон не отображает стандартные отклонения (СКО).

no
7 sammenhengende dagers holdbarhet etter åpning
* MERK: NRBC-konsentrasjonen for nivå L og N er under nivået som kan påvises av instrumentet, og fungerer derfor som den NRBC-negative kontrollen. Nivå H er den NRBC-positive kontrollen.
** Området representerer ikke standardavvik (SD).

sk
Stabilita otvorenej fľaštičky je 7 po sebe idúcich dní
* POZNÁMKA: Koncentrácia NRBC pre hladiny L a N je nižšia ako detegovateľná hladina prístroja a slúži ako negatívna kontrola NRBC. Hladina H je pozitívna kontrola NRBC.
** Rozmedzie nereprezentuje smerodajné odchýlky (SD).

hr
Stabilnost epruvete je 7 uzastopnih dana nakon otvaranja
* NAPOMENA: Koncentracija NRBC za razine L i N je ispod granice detekcije analizatora i služi kao NRBC negativna kontrola. Razina H je NRBC pozitivna kontrola.
** Raspon ne predstavlja standardne devijacije (SD).

sr
Rok stabilnosti otvorene bočice je 7 uzastopnih dana
* NAPOMENA: Koncentracija NRBC za nivoe L i N je ispod detekcionog limita analizatora i služi kao NRBC negativna kontrola. Nivo H je NRBC pozitivna kontrola.
** Opseg ne predstvalja standardne devijacije (SD).

BR 7 Consecutive Day Open-Vial Stability
* NOTE: The NRBC concentration for Levels L and N is below the detectable level of the instrument and as such serves as the NRBC negative control. The Level H is the NRBC positive control.
** The range does not represent standard deviations (SD).

ja 開封後の安定性期限は連続7日間である。
* 注：レベルLとNのNRBC濃度は、機器の検出下限を下回る値であるため、NRBC陰性コントロールとして使用する。レベルHは、NRBC陽性コントロールである。
** 範囲は、標準偏差(SD)を示すものではない。

uk 7 Consecutive Day Open-Vial Stability
* NOTE: The NRBC concentration for Levels L and N is below the detectable level of the instrument and as such serves as the NRBC negative control. The Level H is the NRBC positive control.
** The range does not represent standard deviations (SD).

vi Lọ đã mở nắp có độ ổn định trong 7 ngày liên tục
* GHI CHÚ: Nồng độ NRBC cho mức nồng độ L và N thấp hơn mức nồng độ có thể phát hiện của thiết bị, và sử dụng như vật liệu kiểm soát NRBC âm tính. Mức H là vật liệu kiểm soát NRBC dương tính.
** Khoảng giá trị không đại diện cho độ lệch tiêu chuẩn (SD).

ro Stabilitatea flaconului deschis este de 7 zile consecutive
* NOTĂ: Concentraţia NRBC pentru nivelurile L şi N este sub nivelul de detecţie al instrumentului, prin urmare, serveşte drept control NRBC negativ. Nivelul H este controlul NRBC pozitiv.
** Intervalul nu reprezintă deviaţii standard (SD).

id Stabilitas Vial yang Sudah Dibuka Selama 7 Hari Berturut-turut
* CATATAN: Konsentrasi NRBC untuk Level L dan N dengan level kurang dari level yang dapat terdeteksi oleh instrumen dapat berfungsi sebagai kontrol negatif NRBC. Level H adalah kontrol positif NRBC.
** Rentang tidak merepresentasikan standar deviasi (SD).

et 7 järjestikust päeva avatud viaali stabiilsus
* MÄRKUS: NRBC kontsentratsioon tasemetele L ja N on allpool süsteemi tuvastamistaset ning töötab seega NRBC negatiivse kontrollmaterjalina. Tase H on NRBC positiivne kontrollmaterjal.
** Vahemik ei kajasta standardhälbeid (SD).

lv Stabilitāte pēc stobriņa atvēršanas 7 dienas pēc kārtas.
* PIEZĪME: NRBC koncentrācija L un N līmeņiem ir zemāka nekā analizatora noteikšanas robeža un tādējādi tā ir NRBC negatīvā kontrole. H līmenis ir NRBC pozitīvā kontrole.
** Diapazons neatspoguļo standarta novirzes (SD).

lt Atidarius buteliuką kontrolė yra stabili 7 dienas iš eilės
* PASTABA. Žemos (L) ir normalios (N) koncentracijų kontrolėse NRBC koncentracija yra mažesnė už instrumento aptinkamą koncentraciją ir yra naudojama kaip NRBC neigiama kontrolė. Aukštos (H) koncentracijos kontrolė yra naudojama kaip NRBC teigiama kontrolė.
** Šis intervalas neatspindi standartinių nuokrypių (SD).

bg 7 последователни дни на стабилност след отваряне на флакона
* ЗАБЕЛЕЖКА: Концентрацията на NRBC за нива L и N е под нивото, което се открива от анализатора и служи като отрицателна NRBC контрола. Ниво H е положителна NRBC контрола.
** Диапазонът не отразява стандартните отклонения (SD).

kk 7 Consecutive Day Open-Vial Stability
* NOTE: The NRBC concentration for Levels L and N is below the detectable level of the instrument and as such serves as the NRBC negative control. The Level H is the NRBC positive control.
** The range does not represent standard deviations (SD).

Alinity and related brand marks are trademarks of Abbott. Other trademarks are the property of their respective owners. / Alinity und zugehörige Warenzeichen sind Marken von Abbott. Andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. / Alinity et les marques associées sont des marques commerciales d'Abbott. Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. / Alinity y las marcas relacionadas son marcas comerciales de Abbott. El resto de marcas comerciales está a nombre de sus propietarios. / Alinity e i relativi marchi di fabbrica sono marchi commerciali di Abbott. Altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari. / Alinity e marcas relacionadas são marcas comerciais de Abbott. As outras marcas comerciais são propriedade dos respetivos titulares. / Alinity og tilhørende mærker er varemærker tilhørende Abbott. Andre varemærker tilhører de respektive ejere. / Alinity a související obchodní značky jsou ochranné známky společnosti Abbott. Ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. / Alinity och relaterade varunamn är varumärken som tillhör Abbott. Övriga varumärken tillhör respektive ägare. / Το Alinity και τα σχετικά σήματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα της Abbott. Άλλα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. / Alinity oraz powiązane znaki firmowe są znakami towarowymi firmy Abbott. Pozostałe znaki towarowe stanowią własność poszczególnych firm. / Az Alinity és a kapcsolódó márkajelek az Abbott védjegyei. Az egyéb védjegyek az azokat birtokló vállalatok tulajdonát képezik. / Alinity ve ilişkili marka işaretleri Abbott'un ticari markalarıdır. Diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. / Alinity и связанные торговые знаки являются торговыми марками компании Abbott. Другие торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. / Alinity og tilhørende merkevaresymboler er varemerker for Abbott. Andre varemerker tilhører de respektive eierne. / Alinity a súvisiace obchodné značky sú ochranné známky spoločnosti Abbott. Ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. / Alinity i povezane robne marke zaštitni su znaci tvrtke Abbott. Svi ostali zaštitni znaci vlasništvo su svojih proizvođača. / Alinity i povezane robne marke su zaštitni znaci kompanije Abbott. Ostali zaštitni znaci su vlasništvo proizvođača. / Alinityおよび関連するブランドマークは、Abbottの商標です。その他の商標の所有権は、各商標の所有権者に帰属します。/ Alinity và các thương hiệu liên quan là nhãn hiệu thương mại của Abbott. Các nhãn hiệu khác là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. / Alinity şi mărcile asociate sunt mărci comerciale ale Abbott. Celelalte mărci comerciale sunt proprietatea respectivilor deţinători. / Alinity dan logo merek terkait adalah merek dagang Abbott. Merek dagang lainnya adalah hak milik dari pemilik yang bersangkutan. / Alinity ja seotud tootemargid on Abbotti kaubamärgid. Muud kaubamärgid kuuluvad nende asjaomastele omanikele. / Alinity un saistītie zīmoli ir Abbott preču zīmes. Citas preču zīmes ir to īpašnieku īpašums. / Alinity ir susiję prekių ženklai yra „Abbott" prekių ženklai. Kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė. / Alinity и свързаните с тях марки са търговски марки на Abbott. Другите търговски марки се притежават от съответните им собственици. / (BR) Alinity and related brand marks are trademarks of Abbott. Other trademarks are the property of their respective owners. / (uk) Alinity and related brand marks are trademarks of Abbott. Other trademarks are the property of their respective owners. / (kk) Alinity and related brand marks are trademarks of Abbott. Other trademarks are the property of their respective owners.

Revised May 2025. / Überarbeitet im April 2025. / Révision d'avril 2025. / Revisado en abril de 2025. / Revisione di aprile 2025. / Revisto em abril de 2025. / Revideret i april 2025. / Aktualizováno v dubnu 2025. / Ändrad april 2025. / Αναθεώρηση Απριλίου 2025. / Data aktualizacji: kwiecień 2025 / Módosítva: Április 2025. / Nisan 2025'de Değiştirilmiştir. / Редакция: апрель 2025 г. / Revidert april 2025. / Aktualizované v apríli 2025. / Izmijenjeno u travnju 2025. / Izmenjeno u aprilu 2025. / 2025年4月改訂 / Cập nhật tháng 04 năm 2025. / Revizuit în aprilie 2025. / Direvisi April 2025. / Läbi vaadatud aprillis 2025. / Labots 2025. gada aprīlī. / 2025 m. balandžio mėn. redakcija / Редактирано - април 2025 г. / (BR) Revised April 2025. / (uk) Revised April 2025. / (kk) Revised April 2025.

©2017 - 2025 Abbott. All rights reserved. / All rights reserved.

Abbott GmbH
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580

MANUFACTURED FOR
Abbott Laboratories

DISTRIBUTED IN THE USA BY
Abbott Laboratories
Abbott Park, IL 60064 USA

REF 04U7206 04U7212